



DECLARATION OF CONFORMITY  
according to the EC EMC Directive 89/336/EEC,  
Low Voltage Directive 73/23/EEC and CE-marking  
Directive 93/68/EEC

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE  
enligt EMC-direktivet 89/336/EEC,  
Lågspänningsdirektivet 73/23/EEC och CE-  
märkningsdirektivet 93/68/EEC

**Type of equipment** *Apparattyp:* 2-channel Alarm unit with mA- and V-input. 2-kanaligt larmdon med mA- och V-ingång.

**Brand name or trade mark** *Fabrikatnamn eller varumärke:* INOR

**Type designation etc.** *Typbeteckning etc.:* SR560

**Manufacturer's name, address, telephone no, telefax no:** *Tillverkarens namn, adress, telefon, telefax:*

INOR Process AB, P.O Box 9125, S - 200 39 Malmö, SWEDEN

Tel: + 46 - (0)40 31 25 60, Fax: + 46 - (0)40 31 25 70

**The above mentioned product complies with the following harmonized standards:**

*Ovannämnda produkt överensstämmer med kraven i följande harmoniserade standarder:*

1. EN 61326 - 1 (1997) including Amendments 1 and 2, Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 1: General requirements
2. EN 50 081 - 2 (1993), Electromagnetic compatibility - Generic emission standard.
3. EN 50 082 - 2 (1995), Electromagnetic compatibility - Generic immunity standard.
4. IEC 1010-1 (1995) including Amendments 1 and 2, Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 1: General requirements

**Additional information** *Övriga uppgifter*

The product has been tested in a typical configuration. Produkten har testats i en typisk konfiguration.

**By signing this document, the undersigned declares as manufacturer that the equipment in question complies with the standards mentioned above and hereby fulfils the requirements of the EC EMC Directive 89/336/EEC, the Low Voltage Directive 73/23/EEC and the CE-marking Directive 93/68/EEC.** *Genom att underteckna detta dokument försäkras undertecknad såsom tillverkare att angiven materiel uppfyller kraven i ovannämnda standarder och därmed uppfyller kraven i EG's EMC-direktiv 89/336/EEC, Lågspänningsdirektiv 73/23/EEC och CE-märkning enligt direktiv 93/68/EEC.*

INOR PROCESS AB

**Date** *Datum*

MALMÖ 04.03.2002

**Signature** *Underskrift*

**Position** *Befattning*

MD / VD

**Clarification** *Namnförtydligande*

Felix Brakl